



GE Healthcare

2009年8月18日

お客様各位

GEヘルスケア・ジャパン株式会社 ライフサイエンス統括本部
オペレーションマーケティング

Biacore センサーチップ ロット番号に関するご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度 Biacore のセンサーチップのロット番号の確認方法におきまして、Biacore ユーザーの皆様へ下記の通りご案内いたします。

今後とも GEヘルスケア・ジャパン株式会社ならびに Biacore 製品をご愛顧賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

敬具

記

■センサーチップ ロット番号の確認方法

センサーチップ本体および、包装しているアルミ袋に印字されている番号をご確認ください。複数枚包装の場合、個々のセンサーチップのロット番号は同一です。

■ロット番号確認時における注意点

以前は外箱にもロット番号を印字しておりましたが、現在外箱に印字されている数字は梱包時に使用する弊社管理番号であり、ロット番号とは異なりますのでご注意ください。

さらにご不明な点がございましたら、バイオダイレクトラインまでお問い合わせいただきますようお願いいたします。

以上

お問合せ先

GEヘルスケア・ジャパン株式会社 ライフサイエンス統括本部
バイオダイレクトライン(製品問合せ対応窓口)

Tel 03-5331-9336

Fax 03-5331-9370